

Procedura aperta ex artt. 71 e 59, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m., finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più operatori, per la fornitura biennale, suddivisa in 5 lotti, di defibrillatori e sistemi di stimolazione leadless. CUI F02268260904202400175.

CHIARIMENTI AI QUESITI TECNICI

N.	RIF. LOTTO	QUESITO	CHIARIMENTO
6	LOTTO 1	in riferimento al lotto 1 “Defibrillatori sottocutanei con elettrocatteter dedicato”, si chiede di rivedere la base d’asta, trattandosi di dispositivi ad alto contenuto tecnologico e di ultima generazione per cui la base d’asta pubblicata risulta troppo bassa rispetto ai prezzi minimi imposti dal produttore a livello Italiano.	Si confermano i prezzi a base d’asta indicati nella procedura di gara.
7	LOTTO 3	In riferimento al lotto 3 “Sistemi di stimolazione VDD leadless completi di introduttore e strumento di posizionamento e Rilascio” si chiede di confermare la possibilità di offrire un sistema di stimolazione in grado di garantire la stimolazione VDD e/o DDD, in combinazione con altro elemento co-impiantato	Si conferma la possibilità di offrire un sistema che garantisca la stimolazione VDD e DDD in combinazione con un altro elemento co-impiantato.